



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZDRAVLJA

KLASA: UP/I-540-01/16-03/06  
URBROJ: 534-07-1-1-1/2-16-04  
Zagreb, 15. ožujka 2016.

Ministar zdravlja Republike Hrvatske na temelju članka 11. Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine", br. 30/09, 55/13 i 153/13) i članka 3. Pravilnika o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke ("Narodne novine", br. 91/07) na zahtjev pravne osobe ING ATEST d.o.o., Hrvatske mornarice 1a, Split, zastupane po direktoru Tončiju Kristiću, dipl. ing. el., u predmetu utvrđivanja uvjeta za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke, donosi

### RJEŠENJE

1. Ovlašćuje se ING ATEST d.o.o., Hrvatske mornarice 1a, Split, za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za akustička mjerenja (mjerenje razine buke i mjerenje zvučne izolacije), na rok od 5 (pet) godina od dana izdavanja rješenja.
2. Odgovorne osobe za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke su Nediljko Matijaš, dipl. ing. el., Tomislav Dugeč, dipl. ing. el., Frane Šantić, dipl. ing. stroj. i Marko Šurlin, dipl. ing. stroj.
3. Ovo rješenje je važeće dok su ispunjeni uvjeti na temelju kojih je rješenje izdano.
4. U slučaju promjene utvrđenih uvjeta temeljem kojih je ovo rješenje izdano, pravna osoba obvezna je o tome pisanim putem obavijestiti Ministarstvo zdravlja.

### Obrazloženje

ING ATEST d.o.o., Hrvatske mornarice 1a, Split, zastupane po direktoru Tončiju Kristiću, dipl. ing. el., podnio je zahtjev za utvrđivanje uvjeta u pogledu prostora, opreme i stručne osobe za ovlaštenje obavljanja stručnih poslova zaštite od buke za akustička mjerenja (mjerenje razine buke i mjerenje zvučne izolacije).

Temeljem rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva KLASA: UP/I-540-01/16-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-1/2-16-2 od 09. ožujka 2016., Stručno povjerenstvo obavilo je očevid dana 15. ožujka 2016. godine. Stručno povjerenstvo o očevidu sastavilo je zapisnik KLASA: UP/I-540-01/16-03/06, URBROJ: 534-07-1-1-1/2-16-3, od 15. ožujka 2016. godine.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priložio Potvrdu o akreditaciji broj 1250 od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007, KLASA: 383-02/15-30/005, URBROJ: 569-02/2-15-32 od 14. svibnja 2015.

Područje za koje je pravna osoba akreditirana je područje mjerenja i ocjenjivanja buke okoliša (HRN ISO 1996-1:2004; HRN ISO 1996-2:2008), terensko mjerenje zračne zvučne izolacije (HRN EN ISO 16283-1:2014 uz primjenu norme HRN EN ISO 717-1:2013), terenska mjerenja zračne zvučne izolacije fasadnih elemenata i fasada (HRN EN ISO 140-5:1999 uz primjenu norme HRN EN ISO 717-1:2013) i terenska mjerenja udarne zvučne izolacije međukatnih konstrukcija (HRN EN ISO 140-7:1999 uz primjenu norme HRN EN ISO 717-2:2013)

Podnositelj zahtjeva za obavljanje mjerenja razina buke kao osnovno sredstvo rada koristi zvukomjer marke Svantek, tip SVAN 959, tvornički broj: 11231; zvukomjer marke Svantek, tip SVAN 959, tvornički broj: 23739; zvučni umjerivač marke Svantek, tip SV 31, tvornički broj: 10815; zvučni umjerivač marke Svantek, tip SV 30A, tvornički broj: 29031, mikrofoni marke G.R.A.S., tip 40AE, tvornički broj: 82232 i mikrofoni marke G.R.A.S., tip 40AE, tvornički broj: 158261, dok za mjerenje zvučne izolacije kao osnovno sredstvo rada koristi normirani izvor udarnog zvuka marke NORSONIC,

tip N-211A, tvornički broj: 2775519; dodekaedarski zvučnik marke NORSONIC, tip Nor 270, tvornički broj: 30798; pojačalo zvučnog signala NORSONIC, tip Nor 280, tvornički broj: 2803751 i usmjereni zvučnik marke RCF, tip L-10 561K 250/500.

Slijedom navedenog te na temelju činjeničnog stanja utvrđenog očevidom utvrđeno je da ING ATEST d.o.o., Hrvatske mornarice 1a, Split, ispunjava uvjete u pogledu prostora, opreme i stručne osobe koje moraju ispunjavati pravne osobe temeljem gore citiranog Pravilnika za obavljanje akustičkih mjerenja (mjerenje razine buke i mjerenje zvučne izolacije).

Sukladno svemu gore navedenom, a u skladu s člankom 11. Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine", br. 30/09, 55/13 i 153/13) i člankom 3. Pravilnika o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke ("Narodne novine", br. 91/07) riješeno je kao u izreci ovoga rješenja.

Upravna pristojba u iznosu od 250,00 kuna, po tar.br. 60. st. 7. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 87/14 i 94/14), uplaćena je u Držani proračun Republike Hrvatske.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana po primitku ovog rješenja. Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



MINISTAR

doc. dr. sc. Dario Nakić, dr. med.

Dostaviti:

1. ING ATEST d.o.o.  
Hrvatske mornarice 1a, Split
2. Pismohrana, ovdje